

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: /YCBG-BVĐK

V/v: Mời báo giá dịch vụ sửa chữa thiết
bị y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 03 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế vật tư hỏng của máy thở, máy gây mê” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phạm Thành Trung; Nhân viên phòng Vật tư – TBYT, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến trước 16h ngày 10 tháng 4 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (kể từ ngày phát hành báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ sửa chữa	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MÁY THỞ Seri :EVL81010; Model :Evolution ; Hãng sx : Event – Mỹ	* Tình trạng - Hông sensor oxy - Hông Flow sensor oxy - Hông màng van thở ra - Các chỉ số của máy báo không chính xác - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
2	MÁY THỞ Seri :EVL81122; Model : Evolution ; Hãng sx : Event – Mỹ	* Tình trạng - Hông sensor oxy - Hông Flow sensor oxy - Hông màng van thở ra - Hông air valve - Hông mạch sensor oxy - Các chỉ số của máy báo không chính xác - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
3	MÁY THỞ Seri :EVL81134; Model :Evolution ; Hãng sx : Event – Mỹ	* Tình trạng - Hông sensor oxy - Hông Flow sensor oxy - Hông acquy	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có

		<ul style="list-style-type: none"> - Hồng mạch sensor oxy - Các chỉ số của máy báo không chính xác - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng 				
4	MÁY THỞ Seri : EVL81133; Model : Evolution ; Hãng sx : Event – Mỹ	* <u>Tình trạng</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hồng sensor oxy - Hồng Flow sensor oxy - Hồng acquy - Hồng mạch sensor oxy - Hồng màng van thở ra - Các chỉ số của máy báo không chính xác - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng 	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
5	MÁY THỞ Seri : EVL35113; Model : Evolution ; Hãng sx : Event – Mỹ	* <u>Tình trạng</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hồng sensor oxy - Hồng acquy - Các chỉ số của máy báo không chính xác - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng 	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
6	MÁY THỞ Seri : EVL35112; Model : Evolution ; Hãng sx : Event – Mỹ	* <u>Tình trạng</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hồng sensor oxy - Hồng acquy - Các chỉ số của máy báo không chính xác - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng 	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
7	MÁY THỞ Seri : EVL81009 Model : Evolution ; Hãng sx : Event – Mỹ	* <u>Tình trạng :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hồng mạch điều khiển - Hồng mạch sensor oxy - Hồng acquy 	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có

		<ul style="list-style-type: none"> - Hông sensor oxy - Hông Flow sensor oxy - Hông màng van thở ra - Các chỉ số của máy báo không chính xác - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng 				
8	MÁY THỞ Seri : EVL40633 Model : Evolution ; Hãng sx : Event – Mỹ	* <u>Tình trạng :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hông sensor oxy - Hông Flow sensor oxy - Hông màng van thở ra - Các chỉ số của máy báo không chính xác - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng 	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
9	MÁY THỞ Seri :EVL40626; Model :Evolution ; Hãng sx : Event – Mỹ	* <u>Tình trạng</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hông sensor oxy - Hông Flow sensor oxy - Hông màng van thở ra - Hông mạch sensor oxy - Các chỉ số của máy báo không chính xác - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng 	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
10	MÁY THỞ Seri : EVL40628 ; Model : Evolution ; Hãng sx : Event – Mỹ	* <u>Tình trạng :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hông mạch sensor oxy - Hông sensor oxy - Hông Flow sensor oxy - Hông màng van thở ra - Các chỉ số của máy báo không chính xác - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng 	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có

11	<p>* Máy gây mê kèm thở: Mã tài sản: TS536 Model: Carestation 30 (Serial: MF14050197) Xuất xứ: GE – Mỹ</p>	<p>* Tình trạng: - Máy hoạt động lâu ngày chưa được bảo dưỡng. * Phương hướng khắc phục: - Thay thế các vật tư tiêu hao của máy - Bảo dưỡng toàn bộ máy.</p>	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
12	<p>* Máy gây mê kèm thở cho trẻ sơ sinh: Mã tài sản: 2016TS191 Model: Aespire 7900 (Serial: ANCU01112) Xuất xứ: GE – Đức</p>	<p>* Tình trạng: - Máy hoạt động lâu ngày chưa được bảo dưỡng. * Phương hướng khắc phục: - Thay thế các vật tư tiêu hao của máy - Bảo dưỡng toàn bộ máy.</p>	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
13	<p>* Máy gây mê kèm thở: Mã tài sản: 2020TS060 Model: Carestation 620 (Serial: SM619440074MA) Xuất xứ: GE – Mỹ</p>	<p>* Tình trạng: - Máy hoạt động lâu ngày chưa được bảo dưỡng. * Phương hướng khắc phục: - Thay thế các vật tư tiêu hao của máy - Bảo dưỡng toàn bộ máy.</p>	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
14	<p>* Máy gây mê kèm thở: Mã tài sản: 2020TS061 Model: Carestation 620 (Serial: SM619440075MA) Xuất xứ: GE – Mỹ</p>	<p>* Tình trạng: - Máy hoạt động lâu ngày chưa được bảo dưỡng. * Phương hướng khắc phục: - Thay thế các vật tư tiêu hao của máy - Bảo dưỡng toàn bộ máy.</p>	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
15	<p>* Máy gây mê kèm thở:</p>	<p>* Tình trạng: - Máy hoạt động lâu ngày chưa được bảo dưỡng.</p>	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Không có

	Mã tài sản: 2018NORRED-TW084 Model: Aespire 7100 (Serial: AMXV 00409) Xuất xứ: GE – Đức	* Phương hướng khắc phục: - Thay thế các vật tư tiêu hao của máy - Bảo dưỡng toàn bộ máy.			Tuyên Quang	
16	* Máy gây mê kèm thở: Mã tài sản: 2018NORRED-TW083 Model: Aespire 7100 (Serial: AMXV 00405) Xuất xứ: GE – Đức	* Tình trạng: - Máy hoạt động lâu ngày chưa được bảo dưỡng. * Phương hướng khắc phục: - Thay thế các vật tư tiêu hao của máy - Bảo dưỡng toàn bộ máy.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hưng Đạo

