

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: 334 /YCBG-BVĐK

V/v: Yêu cầu báo giá mua sắm trang
thiết bị y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị y tế cho khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông (bà): Trần Tiến Phi.

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0328.166.996

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	<p align="center">MÁY ĐIỆN XUNG ĐA NĂNG 2 KÊNH ĐỘC LẬP</p>	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: mới 100% - Năm sản xuất: 2022 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC/50-60Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa : ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none"> Máy chính: 01 cái Cáp điện cực bệnh nhân: 02 dây Dây đai định vị: 01 bộ Điện cực 70x50mm: 04 cái Bao xốp điện cực 70x50mm: 04 cái Bút cảm ứng: 01 cây Dây nguồn + Adaptor: 01 cái Xe đẩy: 01 cái 	2	Máy

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<p>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ</p> <p>III. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao hàng ≤ 180 ngày kể từ khi ký hợp đồng - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ thành thạo tại Bệnh viện - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa. 		

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
2	<p align="center">MÁY SIÊU ÂM TRỊ LIỆU 2 ĐẦU PHÁT</p>	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC/50-60Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa : ≥ 40 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none"> Máy chính: 01 máy Đầu dò siêu âm 5cm²: 01 cái Gel siêu âm: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ Xe đẩy (tùy chọn): 01 cái <p>III. YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <p>1. Đặc tính</p>	2	Máy

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<p>Máy siêu âm điều trị làm việc với tần số kép 1 hoặc 3 Mhz</p> <p>Đầu dò siêu âm có thể sử dụng trong môi trường nước sâu đến 1m (IPX 7).</p> <p>Đèn thông báo xung quanh công kết nối</p> <p>2. Thông số kỹ thuật</p> <p>Màn hình rộng cảm ứng 7 inch</p> <p>Cài đặt giao thức lâm sàng đề xuất (SPS)</p> <p>Bộ nhớ tích hợp và khả năng cập nhật phần mềm</p> <p>2 cổng cắm đầu dò</p> <p>Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc Xung</p> <p>Chu kỳ làm việc: 10%, 20%, 50% & 100%</p> <p>Tốc độ lặp lại xung: 16, 48, or 100 Hz</p> <p>Thời lượng xung: 1 -31.25 ms</p> <p>Cường độ cực đại: 3 W/cm²</p> <p>Thời gian điều trị: Từ 1 đến 30 phút</p> <p>Lớp điện áp: II ; loại BF</p> <p>III. YÊU CẦU KHÁC</p> <p>- Thời gian giao hàng ≤ 180 ngày kể từ khi ký hợp đồng</p>		

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành \geq 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ thành thạo tại Bệnh viện - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa 		
3	MÁY XUNG KÍCH ĐIỀU TRỊ	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 230VAC/50-60Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa : \geq 30 độ C + Độ ẩm tối đa: \geq 75% <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <p>Máy chính: 01 máy</p>	1	

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<p>Tay điều trị Falcon: 01 cái Đạn chuyển động: 02 cái Đầu phát D20-S: 01 cái Đầu phát Ro40: 01 cái Đầu phát tùy chọn: 01 cái Hộp gioăng cao su: 01 hộp Ổng định hướng: 02 cái Chổi vệ sinh: 01 cái Gel điều trị: 01 lọ Dây nguồn: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>III. YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thông số kỹ thuật Kích thước: 410x1100x425mm Cân nặng: 30kg Đầu ra khí nén: 0.3-5.0 bar Cài đặt tăng công suất: 0.1 bar Biên độ xung: Xấp xỉ 2mm tại áp suất 3 bar, chạy không tải (không khớp)</p>		

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<p>Độ rộng rung: Xấp xỉ 6-12ms Tần số xung: 1-21Hz đối với RPW, 1-50Hz đối với rung Chế độ: Xung đơn hoặc liên tục Lớp an toàn điện: Lớp 1 Kiểu an toàn điện: Loại B Giao diện: Màn hình cảm ứng màu 7 inch, 800x480 pixels</p> <p>IV. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao hàng \leq 180 ngày kể từ khi ký hợp đồng - Thời gian bảo hành \geq 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ thành thạo tại Bệnh viện - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa 		

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2023.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo