

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: 336 /YCBG-BVĐK

V/v: Yêu cầu báo giá mua sắm trang
thiết bị y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị y tế cho khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông (bà): Trần Tiến Phi.

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0328.166.996

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	MÁY SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ (02 ĐẦU DÒ)	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC/50-60Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa : ≥ 35 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <p>Máy chính và màn hình màu LED 21.5 inch: 01 cái</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình cảm ứng (Touchscreen) 12,1: 01 cái - Bàn phím điều khiển có thể thay đổi chiều cao và xoay cho phù hợp với vị trí thăm khám: 01 cái - Hệ thống bao gồm một pin có thời gian sử dụng dài: 01 - Khe cắm đầu dò: 04 ổ cắm hoạt động. Ứng dụng thăm khám lâm sàng: Bụng tổng quát; Mạch máu – Tuyến giáp; Hệ tiết niệu; Tim mạch; Sản – phụ khoa - Ổ cứng (HDD) dùng để lưu thông tin bệnh nhân và hình ảnh, đoạn video clip hình ảnh. 	01	Máy

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<p>- Ổ đĩa DVD đọc và ghi dữ liệu. Các chức năng xử lý hình ảnh Phần mềm siêu âm đàn hồi mô Phần mềm ATI đo gan nhiễm mỡ</p> <p>- Đầu dò kèm theo: - Đầu dò Convex tổng quát: 01 cái - Đầu dò Linear chuyên mạch máu: 01 cái</p> <p>Phụ kiện tiêu chuẩn: + Dây điện nguồn: 01 cái + Phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ + Tài liệu HDSD bằng tiếng Anh + HDSD nhanh bằng tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>III. YÊU CẦU KHÁC</p> <p>- Thời gian giao hàng \leq 180 ngày kể từ khi ký hợp đồng - Thời gian bảo hành \geq 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ thành thạo tại Bệnh viện</p>		

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa 		
2	MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY 03 ĐẦU DÒ (CÓ ĐẦU DÒ TIM)	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC/50-60Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa : $\geq 35^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Máy chính dạng xách tay có 01 ổ cắm đầu dò hoạt động 01 Vali kéo đồng bộ 01 Đầu dò convex 4C-RS, tần số 2.0–5.0 MHz 01 Đầu dò thẳng L6-12-RS, tần số 4.0–13.0 MHz 01 Đầu dò Sector 3Sc-RS, tần số 1.7–4.0 MHz 01 Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 	01	Máy

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<p>01 Xe đẩy</p> <p>01 Máy in nhiệt đen trắng (Mua tại Việt Nam)</p> <p>01 Máy vi tính, card bắt hình, phần mềm báo cáo tiếng Việt (Mua tại Việt Nam)</p> <p>01 Bộ lưu điện UPS 1KVA (Mua tại Việt Nam)</p> <p>01 Máy in phun màu (Mua tại Việt Nam)</p> <p>III. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao hàng \leq 180 ngày kể từ khi ký hợp đồng - Thời gian bảo hành \geq 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ thành thạo tại Bệnh viện - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa 		

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo