

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: 487/YCBG-BVĐK

V/v: Yêu cầu báo giá mua sắm vật tư-
hóa chất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 12 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua kim cánh bướm, sonde nelaton và sonde hút nhót phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: Trần Tiến Phi.
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0328.166.996
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư- Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h ngày 13 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Kim cánh bướm 23G,25G	Kim làm bằng thép không gỉ, có góc xiên ngắn: $17 \pm 2^\circ$, góc xiên dài: $11 \pm 2^\circ$; Có đầu khóa Luer; Cánh bướm: chiều dài 32mm, chiều rộng: 12mm; Dây dẫn 300 mm, chất liệu nhựa PVC; Tốc độ dòng chảy 5.0 ml/ phút đối với kim 23G; Tốc độ dòng chảy 3.2 ml/ phút đối với kim 25G; Tiệt trùng bằng khí EO; Có chứng nhận ISO 13485, Chứng nhận CE.	3000	Cái
2	Sonde nelaton các số	Bề mặt nhẵn và đầu nhọn cho phép chèn không tổn thương để nâng cao sự phù hợp của bệnh nhân. Chất liệu: mù cao su tự nhiên. Tiệt trùng bằng khí EO	600	Cái
3	Dây truyền máu DEHP Free	Dây truyền máu DEHP Free. Đầu chọc nhọn làm bằng nhựa ABS. -Dây dài 150 cm, đầu nối Luer lock. -Buồng nhỏ giọt định lượng 20 giọt = 1 ml \pm 0.1 ml với lưới lọc truyền máu giúp lọc các phần tử không mong muốn (kích thước lỗ 200 μ m).	3500	Bộ
4	sonde hút nhớt có van (kốp)	Được sử dụng với mục đích hút đờm dãi bệnh nhân trong khoang miệng đến hầu, hốc mũi để thông tắc đường thở cho bệnh nhân. Đặt đầu mềm luồn vào mũi bệnh nhân, đầu kia cắm vào máy hút dịch hoặc syringe hút. Sản phẩm sử dụng một lần, không tái sử dụng ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Có van kiểm soát	6000	Cái

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I năm 2024.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.


Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo