

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm máy ly tâm lạnh để sản xuất các chế phẩm máu cho khoa Huyết học truyền máu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông (bà): Trần Tiến Phi.
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0328.166.996
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị yêu cầu báo giá: Chi tiết như phụ lục đính kèm
- Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2023.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo

PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ

(Theo yêu cầu báo giá số Số: 478/YCBG-BVĐK ngày 28 tháng 11 năm 2023)

STT	Danh mục	Mô tả	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy ly tâm lạnh để sản xuất các chế phẩm máu	<p>Cấu hình đồng bộ tối thiểu bao gồm: Máy chính: 01 cái - Rotor túi máu (loại 12 túi 500ml hoặc 24 túi 250ml): 01 cái. - Bucket đựng túi máu: 01 bộ</p> <p>Cấu hình và thông số kỹ thuật: - Tốc độ tối đa: ≥ 4.000 v/ph. Lực ly tâm tối đa ≥ 5200 xg. - Dung tích tối đa: ≥ 12 túi máu. - Hệ thống điều khiển: Bảng vi xử lý, điều khiển inverter, tốc độ, lực ly tâm, thời gian, nhiệt độ, gia tốc và giảm tốc, Bộ nhớ kênh ≥ 50 - Hiển thị báo động: Khi mở nắp, mất cân bằng, quá tốc độ, nhiệt độ bất thường, sự cố motor bất thường, bộ biến đổi inverter, khóa cửa, sensor tốc độ,... - Gia tốc và giảm tốc: ≥ 10 lựa chọn. - Dải cài đặt tốc độ: Từ 100-4000 v/ph, bước 10v/ph - Chỉ thị tốc độ: Hiển thị số, từ 0-4300 v/ph, bước 10v/ph - Dải cài đặt lực ly tâm: Từ 10 - ≥ 5200 xg, bước 10xg - Chỉ thị lực ly tâm : Từ 0 - ≥ 6000xg. bước 10xg - Dải cài đặt thời gian và chỉ thị: Từ 0 - 99h - Dải điều chỉnh nhiệt độ: Từ $\leq -9^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 40^{\circ}\text{C}$. - Chất làm lạnh: R404A hoặc tương đương - Công suất tiêu thụ: Khoảng 3.7 Kw. - Khả năng mất cân bằng cho phép: ≤ 50 grams. - Chỉ thị tình trạng hoạt động: Chỉ thị tình trạng hoạt động bằng đèn màu và chuông báo. Hiển thị các thông số bằng đèn LED và màn hình LCD - Rotor túi máu (*): + Có ≥ 12 vị trí đặt túi máu, có khả năng ly tâm 12 hoặc 24 túi máu 1 lần (tùy theo dung tích túi); Tốc độ tối đa ≥ 4.000 v/ph ; Lực ly tâm tối đa ≥ 5.240 xg ; Dung tích tối đa ≥ 12 túi máu - Nguồn điện sử dụng: 220VAC/50Hz</p>	01	Máy