

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 09 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa khám bệnh và cung cấp dịch vụ y tế tự nguyện - Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua: “Máy đo SPO2, cân sức khỏe” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Khoa khám bệnh và cung cấp dịch vụ y tế tự nguyện - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông (bà): Nguyễn Triệu Thu Nhung.

- Chức vụ: Nhân viên Khoa khám bệnh và cung cấp dịch vụ y tế tự - Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0969.726.718.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 09 năm 2024 đến trước 17h ngày 04 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 09 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
1	Cân sức khỏe	Phạm vi đo: 20 -- 120kg	Cái	01

		Giá trị độ chia: 500g Chất liệu: Mặt kính nhựa, nhựa AS trong suốt Vỏ hộp cân được sơn tĩnh điện, mặt nhựa lót, mặt số bằng nhôm Hệ lbs : Vòng chia có khoảng hở Hệ kg : Vòng chia kín		
1	Máy đo SPO2	<p>* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình hiển thị: 4 dạng hiển thị trên màn hình và có thể cài đặt từng dạng hiển thị đưa ra màn hình chính. - Màn hình LCD: $\geq 128 \times 64$ pixel - Hiển thị đồ thị dạng sóng, chỉ số SpO2 và nhịp tim. - Hiển thị Trend: dạng bảng và đồ thị <p>Thông số đo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SpO2 - Phân tích APG (Accelerated Photoplethysmo) <p>Trend: Lưu dữ liệu ≥ 72h</p> <p>Giao diện: Công suất nhớ SD (tối đa ≥ 2GB)</p> <p>Thông số SpO2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi (độ dao động): 0 ~ 100% - Độ chính xác: $100 \sim 70\% \pm 2\%$ $69 \sim 50\% \pm 3\%$ - Phạm vi (độ dao động) mạch đập : 0 ~ ≥ 300 bpm - Độ chính xác: $0 \sim 240 \text{ bpm} \pm 2 \text{ bpm}$ $241 \sim 300 \text{ bpm} \pm 3 \text{ bpm}$ - Low perfusion : $\geq 0.1\%$ trở lên - Hiển thị tỷ lệ phần trăm SPO2 : tối đa ≤ 10 giây <p>Nguồn điện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC: 9V; 1,5A - Pin: Li-ion <p style="padding-left: 40px;">Thời gian sử dụng : ≥ 12 giờ Thời gian sạc : ≤ 6 tiếng</p>	Cái	02

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại kho của Khoa khám bệnh và cung cấp dịch vụ y tế tự nguyện - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 100, đường Tuệ Tĩnh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; PVT-TBYT;KBTN;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo