

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: " Sửa chữa đèn mờ treo trần của khoa Phẫu thuật gây mê hồ sức" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Nguyễn Thành Trung : Nhân viên phòng Vật tư – TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang .

- Điện thoại : 0985112398

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại Phòng Văn Thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 11 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục dịch vụ sửa chữa	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Đèn mờ treo trần SKYLUX Model : 67; Seri : AC-3786	* Tình trạng : - Cháy bóng (06 cái) - Hỏng phần điều chỉnh chụm ánh sáng	Cái	01	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

	- Xuất xứ : Nhật bản	- Đèn sử dụng thời gian dài không được vệ sinh bảo dưỡng * Phương hướng sửa chữa: - Thay mới bóng đèn - Sửa lại phần điều chỉnh chum ánh sáng - Vệ sinh bảo dưỡng cho đèn			
2	Đèn mổ treo trần SKYLUX Model : 67; Seri : AC-3788 - Xuất xứ : Nhật bản	* Tình trạng : - Cháy bóng (06 cái) - Hông phần điều chỉnh chum ánh sáng - Đèn sử dụng thời gian dài không được vệ sinh bảo dưỡng * Phương hướng sửa chữa: - Thay mới bóng đèn - Sửa lại phần điều chỉnh chum ánh sáng - Vệ sinh bảo dưỡng cho đèn	Cái	01	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
3	Đèn mổ treo trần SKYLUX Model : 67; Seri : AC-3654 - Xuất xứ : Nhật bản	* Tình trạng : - Cháy bóng (04 cái) - Hông phần điều chỉnh chum ánh sáng - Đèn sử dụng thời gian dài không được vệ sinh bảo dưỡng * Phương hướng sửa chữa: - Thay mới bóng đèn - Sửa lại phần điều chỉnh chum ánh sáng - Vệ sinh bảo dưỡng cho đèn	Cái	01	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
4	Đèn mổ treo trần SKYLUX Model : 67; Seri : AC-3653 - Xuất xứ : Nhật bản	* Tình trạng : - Cháy bóng (04 cái) - Hông phần điều chỉnh chum ánh sáng - Đèn sử dụng thời gian dài không được vệ sinh bảo dưỡng * Phương hướng sửa chữa: - Thay mới bóng đèn - Sửa lại phần điều chỉnh chum ánh sáng - Vệ sinh bảo dưỡng cho đèn	Cái	01	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Thanh toán: Thanh toán 100% trong thời gian 90 ngày từ khi chủ đầu tư nhận được hóa đơn, thanh lý hợp đồng và các giấy tờ pháp lý liên quan.

5. Các thông tin khác: Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; VT-TBYT;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hưng Đạo