

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua dao mổ điện phục vụ công tác chuyên môn của bệnh viện đa khoa Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông (bà): Trần Tiến Phi.
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0328.166.996
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
1	Dao mổ điện cao tần:	Yêu cầu chung <ul style="list-style-type: none">Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau.Chất lượng mới 100%.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương cho thiết bị chính Cấu hình tiêu chuẩn:	Máy	01

	<ul style="list-style-type: none"> - Công tắc chân đôi : 01 cái - Công tắc chân đơn : 01 cái - Tay dao dùng 1 lần : 01 cái - Tay dao đơn cực dùng nhiều lần : 01 cái - Tấm tiếp mát silicon dùng nhiều lần : 01 cái - Tấm tiếp mát dùng 1 lần : 01 cái - Dây nối tiếp mát : 01 cái - Dây nối đất : 01 cái - Cáp lưỡng cực : 01 cái - Kẹp lưỡng cực 17.8cm : 01 cái - Lưỡi dao (Mũi dao 2.4*70mm) : 01 cái - Lưỡi dao (Hình cầu 5mm) : 01 cái - Lưỡi dao (Hình khuyết 6mm) : 01 cái - Lưỡi dao (Mũi kim 2.4*70mm) : 01 cái - Lưỡi dao (Mũi kim cong 2.4*70mm) : 01 cái <p>Đặc điểm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Màn hình cửa sổ cho phép người dùng theo dõi thông số cần thiết. • Máy có các chức năng cần thiết khi phẫu thuật như cắt (cắt thường, blend 1, 2, 3) ; chức năng cầm máu (kẹp hoặc phun cầm máu) ; cầm máu lưỡng cực bằng tay hoặc chân ; • Mỗi thao tác đều được kiểm tra bằng âm thanh và đèn báo. • Tay lưỡng cực (lưỡng cực tự động) có thể kiểm tra bằng forcep tiếp xúc. • Bộ vi xử lý điều chỉnh hiệu suất ổn định. • Tự động cập nhật tần số dòng điện vào. <ul style="list-style-type: none"> - Tần số cơ bản : 400, 500 Khz - Nguồn điện : AC120V or AC230V, 50Hz or 60Hz - Hạng bảo vệ : Cấp 1, Loại CF hoặc tương đương <p>Thông số kỹ thuật :</p> <p>Phương pháp</p> <p>Cắt thuận: 400W / 300Ω</p> <p>Cắt hỗn hợp 1: 250W / 300Ω</p> <p>Cắt hỗn hợp 2: 200W / 300Ω</p> <p>Cắt hỗn hợp 3: 150W / 300Ω</p> <p>Đốt cầm máu tiếp xúc: 120W / 300Ω</p> <p>Đốt cầm máu sâu: 100W / 300Ω</p> <p>Cầm máu lưỡng cực: 100W / 100Ω</p> <p>Chức năng an toàn :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bản mạch điện tử trong cầu chì ngăn dòng điện quá tải truyền sang thiết bị. • Khi miếng dán lỏng, đèn màu đỏ sẽ nháy báo hiệu. Nếu vô tình ấn các nút trên cán hoặc bàn đạp chân, chuông báo động sẽ kêu nhưng thiết bị không hoạt động. • Hệ thống giám sát bề mặt tiếp xúc của tấm điện cực trung tính tránh khả năng bị bỏng cho 		
--	--	--	--

		bệnh nhân. • Máy nối tiếp xúc với đất đề phòng dòng điện rò rỉ.		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Kho vật tư – hóa chất của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hưng Đạo