

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số phục vụ công tác chuyên môn của bệnh viện đa khoa Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông (bà): Trần Tiến Phi.
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0328.166.996
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
1	Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số	1. Yêu cầu chung <ul style="list-style-type: none">Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau.Chất lượng mới 100%.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương cho thiết bị chínhMôi trường hoạt động:	Máy	02

		<p>+ Nhiệt độ tối đa $\geq 25^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa $\geq 70\%$</p> <p>2. Yêu cầu về cấu hình cung cấp: Máy chính theo dõi 5 thông số : 01 máy Máy ghi nhiệt : 01 chiếc Bộ phụ kiện đi kèm, bao gồm: + Bộ phụ kiện đo ECG cho người lớn: 01 bộ + Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ + Bộ phụ kiện đo SpO2 dành cho người lớn: 01 bộ + Bộ phụ kiện đo huyết áp dành cho người lớn: 01 bộ + Dây nguồn: 01 bộ + Pin hoặc ắc qui : 01 chiếc + Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật:</p> <p>1. Màn hình hiển thị Màn hình màu kích thước ≥ 10 inch</p> <p>2. Các thông số đo</p> <p>2.1. Điện tim (ECG) - Dải đo nhịp tim: - Dải đo nhịp tim: từ ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/phút</p> <p>2.2. Nhịp thở - Dải đo: - Người lớn: từ 0 đến ≥ 120 nhịp/phút</p> <p>2.3. Nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) - Dải đo: 0 đến 100% - Nhịp mạch: ≤ 30 - ≥ 300 nhịp/phút</p> <p>2.4. Huyết áp không xâm lấn (NIBP) - Phương pháp đo: dao động kế - Dải đo: Dải đo: ≤ 10 - ≥ 200 mmHg</p> <p>2.5. Nhiệt độ - Dải đo: từ 0 đến ≥ 45 độ C</p> <p>Cổng giao tiếp Cổng USB Cổng xuất dữ liệu Analog Đầu ghi nhiệt số kênh : ≥ 3 kênh Pin hoặc ắc qui Thời gian làm việc ≥ 4 giờ</p>		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Kho vật tư – hóa chất của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hưng Đạo