

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Sửa chữa, thay thế vật tư hỏng của các Ô khí ôxy gắn tường, ô khí hút áp lực âm ” với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phạm Thành Trung : Nhân viên phòng Vật tư – TBYT, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang  
; Điện thoại : 0985112398;

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Phòng Văn Thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h ngày 18 tháng 6 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 28 tháng 6 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày ( kể từ ngày phát hành báo giá ).

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Tên máy. Danh mục vật tư hỏng	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	<b><u>Ô khí ô xy gắn tường</u></b> * <b>Tình trạng :</b> - Rách gioăng cao su dẫn đến hở khí oxy; - Hỏng van cách ly; - Giắc cắm nhanh Oxy hỏng; - Các ô khí hỏng * <b>Phương hướng sửa chữa :</b>			

1	- Thay mới gioăng cao su mới	Cái	83	
2	- Thay mới van cách ly	Cái	15	
3	- Thay mới giắc cắm nhanh oxy	Cái	47	
4	- Thay mới ổ khí	Cái	30	
II	<b>Ổ khí hút âm gắn tường</b> * <b>Tình trạng :</b> - Rách gioăng cao su dẫn đến hở khí đường ống, không hút được áp lực * <b>Phương hướng sửa chữa :</b>	Cái	11	
1	- Thay mới giắc cắm nhanh ổ khí hút	Cái	11	

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hưng Đạo**