

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Mua thiết bị y tế cho khoa Hóa sinh vi sinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông (bà): Trần Tiến Phi.
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0328.166.996
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 26 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Số lượng	Đơn vị tính
1	Tủ ấm CO2	Yêu cầu chung: <ul style="list-style-type: none">Sản xuất từ năm 2023 trở đi.Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương.	01	Cái

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, Catalog Tiếng Anh + Tiếng Việt. Cấu hình tối thiểu: - Số lượng khay tiêu chuẩn ≥ 3, tối đa chứa được ≥ 10 khay, tải trọng tối đa: ≥ 10 kg/khay. - Dung tích làm việc: ≥ 150 lít - Dải CO₂: tối thiểu $\leq 1\%$; tối đa $\geq 20\%$. - Thời gian toàn bộ chu trình tiệt trùng nhiệt: ≤ 14 giờ. - RH: $\geq 93\%$ tại 37 độ C. 		
2	Máy ly tâm	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất t năm 2023 trở đi. - Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, Catalog Tiếng Anh + Tiếng Việt. <p>Cấu hình tối thiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị LCD. - Chương trình: ≥ 5 chương trình - Số lượng ống 15ml: ≥ 30 ống. - Rotor giỏ văng: + Công suất tối đa có thể: 4x400 ml. + Tốc độ tối đa: ≥ 5000 rpm, ≥ 5000 RCF. - Rotor cố định: + Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 10.000 rpm + Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 20.000 rcf + Công suất 1.5/2ml: ≥ 30 	01	
3	Nồi hấp tiệt trùng:	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất t năm 2023 trở đi. - Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. 	01	

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, Catalog Tiếng Anh + Tiếng Việt. Cấu hình tối thiểu: - Dung tích trong: ≥ 50 lít. - Nhiệt độ tiệt trùng: từ 105 – 136 độ c. - Hẹn giờ tiệt trùng: ≥ 60 phút. - Có bánh xe di chuyển. 		
4	Tủ an toàn sinh học cấp II	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất từ năm 2023 trở đi. - Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, Catalog Tiếng Anh + Tiếng Việt. <p>Cấu hình tối thiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ lọc HEPA hoặc tương đương. - Đèn LED hoặc tương đương. - Đèn UV có thể lập trình hoặc tương đương. - Cảnh báo hình ảnh và âm thanh. - Chiều cao làm việc của cửa sổ phía trước ≥ 230 mm. - Chiều cao mở mặt trước ≥ 500 mm. 	01	Cái

** Yêu cầu về thông số kỹ thuật trong thư mời chào giá là Yêu cầu tối thiểu. Các đơn vị cung cấp có thể cung cấp cấp hình tương đương hoặc cao hơn (Có catalog bản tiếng anh, tiếng Việt đính kèm)*

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Kho vật tư – hóa chất của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hưng Đạo