

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật tư y tế phẫu thuật cột sống, sọ não bổ sung năm 2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông (bà): Trần Tiến Phi.
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0328.166.996
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 30 tháng 8 năm 2024 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
1	Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng:	Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng bao gồm: <ul style="list-style-type: none">02 kim chọc dò cán chữ T loại một thì, mũi kim hình vát, chiều dài 141mm, thiết kế 02 nòng, đường kính ngoài 3.5mm01 kim chọc dò tạo đường hầm chiều dài 218mm, đường kính 2.8mm.	Bộ	50

STT	Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - 06 Kim đẩy xi măng vào thân đốt sóng, với chiều dài 203mm, đường kính 2.8mm - 01 gói Xi măng sinh học kèm dung dịch pha. Xi măng có hạt cản quang (Thành phần PMMA 54.1%, Zirconium oxide 45.4%, Benzoyl Peroxide 0.5%), dung dịch pha 9.2g gồm: Methyl methacrylate, M-M dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone. 		
2	Bộ bơm xi măng tạo hình đốt sóng không bóng (sử dụng bộ trộn ngoài)	<p>1. Bộ dụng cụ hỗ trợ tạo hình đốt sóng dùng một lần: Bộ dụng cụ hỗ trợ tạo hình đốt sóng, bao gồm: 02 Kim chọc dò đốt sóng cán chữ T mũi kim hình vát, chiều dài kim 119 mm, thiết kế 2 nòng làm việc. Đường kính ngoài 3mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: + Mũi kim: Thép không gỉ 304 + Tay cầm: ABS <p>01 kim khoan đốt sóng chiều dài 230 mm, đường kính 3.5mm. Phần đầu kim có các rãnh hình xoắn giúp chống trượt tốt hơn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: + Mũi kim: Thép không gỉ 304 + Tay cầm: ABS <p>02 Kim tạo kênh phẫu thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính ngoài: 4.2 mm - Chiều dài kim 125 mm - Chất liệu: + Mũi kim: Thép không gỉ 304 + Tay cầm: ABS <p>02 Dây dẫn hướng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính 1.5 mm - Chất liệu: Inox 304 <p>06 Kim đẩy xi măng vào thân đốt sóng, chiều dài 200 mm đường kính ngoài 3.5mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: + Mũi kim: Thép không gỉ 304 + Tay cầm: ABS <p>2. Bộ tiêm xi măng kèm bộ trộn dùng một lần Bao gồm xi lanh bơm xi măng và bộ trộn xi măng xương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu xi lanh có nắp bảo vệ vô khuẩn dạng luer lock trước khi sử dụng - Chiều dài thân xi lanh 167mm, dung tích chứa xi măng 30ml, đường kính ngoài 35mm, đường kính trong 20mm - Ống nối bơm xi măng dạng cong, chiều dài 213mm, đường kính ngoài 6.4mm, đường kính trong 4.0mm - Tay cầm xi lanh hình chữ T có ren dạng vặn xoắn, có khả năng điều chỉnh tốc độ bơm xi măng - Chất liệu: + Nắp bảo vệ: PA + Piston, thân xi lanh: PA 	Bộ	50

STT	Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
		+ Khóa vặn: ABS + Bộ trộn xi măng xương (Bát trộn, que khuấy, phễu): PP + Ống nối: PA Đóng gói tiệt trùng bằng khí EO 3. Xi măng xương (Bao gồm xi măng và dung dịch pha loãng) -Xi măng độ nhớt vừa đóng tiệt trùng 24g gồm: thành phần bột xi: Poly (MMA): 10,95g; Poly (MA, MMA): 1,75g; Zirconium dioxid: 10,80g; Benzoyl peroxid: 0,50g; thành phần chất dẫn: MMA: 9,93ml; Dimethyl-p-toluidine: 0,07ml; Hydroquinone: 60 ppm. Tổng thời gian thao tác là 22 phút trong đó thời gian đông là 9 phút.		
3	Bộ bơm xi măng có bóng	Bộ bơm xi măng có bóng bao gồm : - 02 kim chọc dò cán chữ T mũi vát size 11G, dài 14.1cm, kim có 2 phần vỏ ngoài và nòng trong có thể tháo rời, đường kính 4.3mm, loại 1 thì. - 02 kim chọc dò tạo đường hầm chiều dài 21.8cm, đường kính 3.5mm - 06 kim chọc đẩy xi măng vào thân đốt sống dài 20.3cm, đường kính 3.5mm, tương tích với kim chọc dò đường kính 4.3mm. - 02 bóng nong thân đốt sống dài 15mm, áp suất chịu được tối đa khi bơm 300 psi, đường kính tối đa là 19mm, áp lực tối đa 400 PSI - 02 Bơm áp lực cho bóng nong có tay cầm dạng chữ T, đồng hồ hiển thị áp lực bơm bóng trên màn hình bằng số, đơn vị tính từ 0 đến 30Bar hoặc 0 đến 400 PSI, dung tích xi lanh 20ml - 01 Bộ trộn đổ xi măng - 01 gói Xi măng sinh học kèm dung dịch pha. Xi măng có hạt cản quang (Thành phần PMMA 54.1%, Zirconium oxide 45.4%, Benzoyl Peroxide 0.5%), dung dịch pha 9.2 g gồm: Methyl methacrylate, M-M dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone	Bộ	200
4	Bộ bơm xi măng tạo hình đốt sống có bóng (sử dụng bộ trộn ngoài)	1. Bộ dụng cụ hỗ trợ tạo hình đốt sống dùng một lần Bộ dụng cụ hỗ trợ tạo hình đốt sống, bao gồm: 02 Kim chọc dò đốt sống cán chữ T mũi kim hình vát, chiều dài kim 119 mm, thiết kế 2 nòng làm việc. Đường kính ngoài 3.0 mm. - Chất liệu: + Mũi kim: Thép không gỉ 304 + Tay cầm: ABS 01 kim khoan đốt sống chiều dài 230 mm, đường kính 3.5mm. Phần đầu kim có các rãnh hình xoắn giúp chống trượt tốt hơn. - Chất liệu: + Mũi kim: Thép không gỉ 304 + Tay cầm: ABS 02 Kim tạo kênh phẫu thuật	Bộ	50

STT	Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính ngoài: 4.2 mm - Chiều dài kim 125 mm - Chất liệu: + Mũi kim: Thép không gỉ 304 + Tay cầm: ABS 02 Dây dẫn hướng - Đường kính 1.5 mm - Chất liệu: Inox 304 06 Kim đẩy xi măng vào thân đốt sóng, chiều dài 200 mm đường kính ngoài 3.5mm - Chất liệu: + Mũi kim: Thép không gỉ 304 + Tay cầm: ABS 2. Bộ tiêm xi măng kèm bộ trộn dùng một lần Bao gồm xi lanh bơm xi măng và bộ trộn xi măng xương - Đầu xi lanh có nắp bảo vệ vô khuẩn dạng luer lock trước khi sử dụng - Chiều dài thân xi lanh 167mm, dung tích chứa xi măng 30ml, đường kính ngoài 35mm, đường kính trong 20mm - Ống nối bơm xi măng dạng cong, chiều dài 213mm, đường kính ngoài 6.4mm, đường kính trong 4.0mm - Tay cầm xi lanh hình chữ T có ren dạng vặn xoắn, có khả năng điều chỉnh tốc độ bơm xi măng - Chất liệu: + Nắp bảo vệ: PA + Piston, thân xi lanh: PA + Khóa vặn: ABS + Bộ trộn xi măng xương (Bát trộn, que khuấy, phễu): PP + Ống nối: PA Đóng gói tiệt trùng bằng khí EO 3. Bóng nong đốt sóng - Dung tích tối đa: 4ml, kích cỡ bóng có các cỡ: 18mm, 22mm, 26mm - Chất liệu: + Nắp vặn: ABS + PP + Tay cầm: ABS + Lõi bóng, bóng nong, lớp bảo vệ: TPU + Dây hỗ trợ: Ni-Ti alloy 4. Bơm bóng dùng một lần - Áp suất tối đa: 400psi/30ATM - Chất liệu: + Van ba chạc: ABS, PP, PC, POM, Silicone rubber + Đồng hồ đo: PC, CU + Lò xo: ABS + Ống nối: PU, PA + Tay cầm: ABS 5. Xi măng xương (Bao gồm xi măng và dung dịch pha loãng) 		

STT	Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
		-Xi măng độ nhớt vừa đóng tiết trùng 24g gồm: thành phần bột xi: Poly (MMA): 10,95g; Poly (MA, MMA): 1,75g; Zirconium dioxit: 10,80g; Benzoyl peroxid: 0,50g; thành phần chất dẫn: MMA: 9,93ml; Dimethyl-p-toluidine: 0,07ml; Hydroquinone: 60 ppm. Tổng thời gian thao tác là 22 phút trong đó thời gian đông là 9 phút.		
3	Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài (Kèm theo catheter dẫn lưu não thất)	- Bao gồm catheter não thất dài 35cm, đường kính ngoài 3.0mm và đường kính trong 1.6mm và khoang dẫn lưu não thất. Thể tích túi dẫn lưu 700ml. - Bình chứa dung tích 75ml hoặc 100ml. - Hai điểm lấy mẫu dịch và 1 vị trí tiêm thuốc. - Hệ thống van: 1 van khóa ba chiều, 1 van chữ Y dùng để lấy mẫu và tiêm thuốc, 1 van chống trào ngược ngăn dịch não tủy bị trào ngược kết hợp bộ lọc kháng khuẩn, 1 van giám sát ICP. - Lỗ thoát khí chống ầm. - Hệ thống đầu khóa bảo vệ, tránh xoắn tắc dây silicon. - Có cột áp lực kết hợp dẫn lưu và đo áp lực nội sọ.	Bộ	5
4	Bộ dây đo áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại não thất	- Gồm bộ Catheter tích hợp hai chức năng cảm biến áp lực nội sọ và nhiệt độ thân kèm dẫn lưu giải áp. - Catheter đo áp lực nội sọ sử dụng cảm biến đo áp lực bằng Microchip, không cần zero, tương thích với máy của Bệnh viện. - Catheter: đường kính ngoài 3.0mm, chiều dài 35cm - Mũi khoan: đường kính 5.3mm, kết hợp phụ kiện đi kèm điều chỉnh mũi khoan, mở màng cứng.	Bộ	5
5	Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng có van tự cân bằng áp lực	Chất liệu silicone, áp lực từ 3 cmH2O đến 11 cmH2O. Bao gồm: catheter não thất, catheter ổ bụng, có van tự cân bằng áp lực. Kích cỡ van: chiều dài 42mm, chiều rộng 14mm, chiều cao 6.5mm. Catheter não thất dài 23.5cm, catheter ổ bụng dài 102cm	Bộ	5
6	Thanh luồn dưới da	Độ dài 50cm, dùng luồn catheter dưới da, chất liệu thép không gỉ, bề mặt tráng bóng, trơn để sử dụng.	Cái	5
7	Mũi khoan sọ tự dừng	- Có các kích cỡ đường kính trong/ngoài: 9x12mm, 11x14mm. - Chất liệu thép không gỉ, 85Cr17 cho mũi khoan chính và 30 Cr13 cho mũi khoan phụ. - Thiết kế dạng 3 lưỡi khoan tăng tính ổn định trong quá trình khoan - Tự dừng với xương dày trên 3mm. - Sản phẩm vô trùng, phù hợp với các hệ thống máy khoan mô sọ não trên thị trường.	Cái	30
8	Nẹp cố định xương sọ (Loại không dùng vít)	Chất liệu titanium nguyên chất TA2 trong tiêu chuẩn GB/T1380, đường kính 16mm và 18mm, thiết kế bánh răng chống xoay, dùng cố định mảnh xương vào hộp sọ mà không cần sử dụng vít. Sản phẩm được tiệt trùng 2 lớp giảm thiểu nhiễm trùng.	Cái	50

STT	Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
		Không bị ảnh hưởng khi chụp CT và MRI		

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Kho vật tư – hóa chất của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hưng Đạo