

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua Kính hiển vi hai mắt phục vụ công tác chuyên môn của bệnh viện đa khoa Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông (bà): Lê Duy Đức.

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0388.667.899

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 19 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2024.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:

Stt	Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
1	Kính hiển vi hai mắt	<b>Cấu hình tối thiểu:</b> - Thân kính hiển vi: 01 cái - Thị kính 10x, đường kính vi trường 20 mm: 02 cái - Vật kính phẳng 4X: 01 cái	Cái	01

- Vật kính phẳng 10X: 01 cái
  - Vật kính phẳng 40X: 01 cái
  - Vật kính phẳng 100XOil: 01 cái
  - Lọ dầu soi 8cc: 01 cái
  - Dây điện nguồn: 01 cái
  - Túi phủ: 01 cái
  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
- Thông số kỹ thuật:**
- Hệ thống quang học Vô cực
  - Đầu quan sát hai thị kính. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử 48 – 75mm. Có vòng chỉnh độ diop phù hợp với từng người quan sát.
  - Thị kính chống mốc 10X, quang trường rộng F.N 20, góc nhìn 30°, mỗi thị kính có điều chỉnh độ Diop
  - Ố gắn vật kính dạng mâm xoay 360°, có 4 vị trí lắp vật kính.
  - Vật kính phẳng 4X/ độ mở 0.10, khoảng cách làm việc 27.8 mm
  - Vật kính phẳng 10X/ độ mở 0.25, khoảng cách làm việc 8.0 mm
  - Vật kính phẳng 40X/ độ mở 0.65, khoảng cách làm việc 0.6 mm
  - Vật kính phẳng 100XOil/ độ mở 1.25, khoảng cách làm việc 0.13 mm
  - Độ phóng đại 1000 lần
  - Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải. Hành trình di chuyển mẫu: X x Y 76 x 30mm
  - Hộp tụ quang dùng cho kỹ thuật trường sáng, có 6 mức độ điều chỉnh màn chắn sáng từ 1.8 – 29 mm, có núm dịch chuyển hộp tụ quang lên xuống
  - Nguồn sáng đèn LED, công suất 0.5 W, tuổi thọ dài 20.000 giờ
  - Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô nhẹ dễ dàng, giới hạn điều chỉnh tiêu cự 15 mm. Độ chính xác của điều chỉnh tiêu cự tinh là 2.5µm. Điều chỉnh tinh 0.3 mm/vòng quay
  - Khóa tiêu cự bảo vệ vật kính và mẫu tránh các tác động bên ngoài gây hỏng
  - Chống trộm trên thân kính có đầu nổi dùng cho

		khóa kính - Thiết kế công năng phía sau thân kính được thiết kế hộc chứa dây cáp điện khi không dùng		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hưng Đạo**