

Số: /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá sửa chữa
khoa Nội Tổng Hợp

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa và bảo dưỡng Máy, thiết bị tại khoa Nội Tổng Hợp thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”. Nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0867 180 198

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

- Đồng thời qua Email: vtbtyt.dktq@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 27 tháng 12 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Máy, thiết bị yêu cầu khảo sát và báo giá:

STT	Tên hàng hóa	Tình trạng	Phương hướng sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy khí dung siêu âm - Seri: 2004064 - Model: Comfort 3000 KU-500 - Xuất xứ: Nhật Bản	- Máy hỏng mạch điều khiển, đầu phát siêu âm hỏng không hoạt động được. - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng.	- Sửa mạch điều khiển, sửa đầu phát siêu âm. - Bảo dưỡng tổng thể toàn bộ thiết bị.	Cái	01

STT	Tên hàng hóa	Tình trạng	Phương hướng sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng
2	Máy khí dung siêu âm - Seri: 2212024 - Model: Comfort 3000 KU-500 - Xuất xứ: Nhật Bản	- Đầu phát siêu âm hỏng không hoạt động được. - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng	- Sửa đầu phát siêu âm. - Bảo dưỡng tổng thể toàn bộ thiết bị.	Cái	01
3	Máy khí dung siêu âm - Seri: 2204061 - Model: Comfort 3000 KU-500 - Xuất xứ: Nhật Bản	- Đầu phát siêu âm hỏng không hoạt động được. - Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng	- Sửa đầu phát siêu âm. - Bảo dưỡng tổng thể toàn bộ thiết bị.	Cái	01
Tổng cộng: 03 Mặt hàng					

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG ĐẠO