

Số: 267 /TMBG-BVĐK
V/v Mời chào giá mua sắm
Vật tư y tế bổ sung năm 2025

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm Vật tư y tế bổ sung năm 2025 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”. Nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Trang
 - Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0867 180 198
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 23 tháng 9 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 10 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mua sắm Vật tư y tế yêu cầu báo giá:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	đơn vị tính	số lượng
1	Bộ kit dùng cho tán sỏi thận qua da PCNL	Bộ vật tư đầy đủ làm tán sỏi thận qua da, bao gồm: Cấu hình: - Bộ nong thận tiêu chuẩn cho PCNL (gồm 5 cỡ) - Que nong thận kèm vỏ cỡ 18F (1 bộ) - Kim chọc dò thận (1 cái) - Dây dẫn đường đầu cong (1 cái) - Catheter dẫn lưu thận có bóng (1 cái) Thông số kỹ thuật: 1 Bộ nong thận - Gồm 5 cỡ: 8Fr; 10Fr; 12Fr; 14Fr; 16Fr; - Chiều dài que nong: 19,5 cm. - Vật liệu: PE	Bộ	115

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	đơn vị tính	số lượng
		- Trên que nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ 2. Cây nong thận kèm vỏ cỡ 18Fr - Cỡ: 18Fr; - Chiều dài que nong: 19,5 cm; - Chiều dài vỏ: 18 cm. - Vỏ bọc có thể bóc tách được làm đôi sau khi sử dụng. - Vật liệu được làm bằng PTFE - Trên que nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ 3. Kim chọc dò thận - Kích cỡ: 18G; - Chiều dài 20 cm; - Đầu kim đa giác. - Vỏ ngoài của kim có đánh dấu chia khoảng cách. - Vật liệu: Thép không gỉ và Polycarbonate. 4. Dây dẫn đường - Đường kính: 0.035 inch; - Chiều dài 80 cm; - Đầu dây cong hình chữ J - Vật liệu: Thép không gỉ phủ PTFE 5. Catheter dẫn lưu thận có bóng - Đường kính: 10Fr, 3.3 mm; - Chiều dài 310 mm; - Dung tích bóng: 3-5 ml - Catheter (dẫn lưu) 2 nhánh có khóa tự động; - Vật liệu: Silicone 6. Đóng gói, tiệt trùng và thời gian sử dụng - Đóng gói: 1 bộ / vỉ nhựa; - Tiệt trùng bằng: EO - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Hạn sử dụng là 36 tháng kể từ ngày sản xuất.		
2	Miếng dán phẫu thuật dùng cho tán sỏi qua da	Kích thước: 45cm x 45cm x 109cm	Cái	115
3	Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da	- Ống thông niệu quản bao gồm các cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr - Chiều dài của ống thông niệu quản 70 cm - Các đầu của ống thông được chia độ và cân quang giúp dễ dàng quan sát và đặt vào niệu quản. - Nhiều kích cỡ khác nhau cho nhiều quy trình khác nhau. - Ống thông niệu quản được làm từ PVC - Đầu nối được làm từ nhựa ABS - Hạn sử dụng là 5 năm.	Cái	115
4	Sonde JJ niệu quản	- Sonde JJ niệu quản bao gồm các cỡ 4.0Fr, 4.7Fr, 5.0Fr, 6.0Fr, 7.0Fr, 8.0Fr. - Độ bền cuộn dây cao giúp duy trì hình dạng cong của đuôi lợn và ngăn ngừa sự di chuyển của sonde. - Có các lỗ bên hông của sonde đảm bảo thoát nước tiểu tốt. - Sonde JJ có tính tương thích sinh học tốt, mềm đến 50% ở nhiệt độ cơ thể, không gây nhiễm trùng kích thích niêm mạc. - Các vạch chia chu vi cách nhau 5cm dọc theo thân sonde để xác nhận sự tiến triển và vị trí đặt.	Cái	164

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	đơn vị tính	số lượng
		- Đường cản quang giúp định vị sonde dễ dàng hơn khi chụp X-quang. - Vật liệu của sonde được làm bằng chất liệu PU (Polyurethane) có độ cứng vừa phải, chống xoắn và đủ mềm để đưa vào niệu quản. - 100% không có sao su - Que đẩy sonde JJ được làm bằng PE - Chiều dài của sonde: 26cm và 28 cm		
5	Ống thổi	Sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp	Cái	1000
6	Bộ quần áo chỉ can thiệp	Size: XL; XXL	Bộ	10
Tổng cộng: 06 Mặt hàng				

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 120 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HƯNG ĐẠO