

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa và bảo dưỡng Máy chạy thận nhân tạo tại khoa Nội Thận Khớp thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”. Nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Bà: Nguyễn Thị Thu Trang
  - Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
  - Số điện thoại: 0867 180 198
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
  - Đồng thời qua Email: [vttbyt.dktq@gmail.com](mailto:vttbyt.dktq@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 09 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 13 tháng 01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Máy yêu cầu khảo sát và báo giá:

| STT                           | Tên hàng hóa                                                                                                       | Tình trạng / Phương hướng khắc phục                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Đơn vị<br>tính | Số<br>lượng |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                             | <b>Máy chạy thận nhân tạo</b><br>- Serial: 9QAA1334;<br>9QAA1331.<br>- Model: 4008A.<br>- Xuất xứ: Fresenius – Đức | <b>* Tình trạng:</b><br>- Trong quá trình lọc máu máy hay báo lỗi Air detector (Bộ phận Bộ giữ bầu tĩnh mạch + cảm biến khí). Hiện tại máy vẫn đang hoạt động, tuy nhiên thời gian điều trị cho bệnh nhân kéo dài hơn bình thường.<br><b>* Phương hướng khắc phục:</b><br>- Để cho máy hoạt động ổn định cần phải thay mới Bộ giữ bầu tĩnh mạch + cảm biến khí (02 cái/ 02 máy).<br>- Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ lại máy (02 máy). | Cái            | 02          |
| <b>Tổng cộng: 01 Danh mục</b> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HÙNG ĐẠO**