

Số: /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá mua sắm

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm Hệ thống khám nội soi tiết niệu phục vụ công tác chuyên môn cho khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”. Nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Trang
 - Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0867 180 198
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
 - Đồng thời qua Email: vttbyt.dktq@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 12 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 21 tháng 03 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị, vật tư, linh kiện cần báo giá:

Nhà thầu có thể chào giá đủ danh mục hoặc chào 1 trong 2 danh mục theo yêu cầu báo giá.

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I + II năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HƯNG ĐẠO

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TMBG-BVĐK ngày 11/03/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống khám nội soi tiết niệu	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2025 trở về sau, mới 100% - Xuất xứ: <i>Không yêu cầu</i> II. Cấu hình phần máy - Màn hình nội soi chuyên dụng Full HD $\geq 24,1$ inch, kèm phụ kiện: 1 cái - Bộ xử lý hình ảnh camera Full HD, kèm phụ kiện: 01 cái - Nguồn sáng lạnh LED, kèm dây dẫn sáng: 01 cái - Xe đẩy hệ thống nội soi: 01 cái III. Thông số kỹ thuật 1. Màn hình nội soi chuyên dụng Full HD 24,1 inch. Cấu hình: - Màn hình Full HD $\geq 24,1$ inch: 01 cái - Cấp nguồn: 01 cái - Adapter: 01 cái - Cấp tính hiệu DVI: 01 cái - Cấp tín hiệu HDMI: 01 cái - Cấp tín hiệu DP: 01 cái - Cấp tín hiệu BNC: 01 cái - Chân màn hình: 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Tính năng:	Hệ thống	01

STT	Tên hàng hóa	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Màn hình y tế 24,1 inch có độ phân giải Full HD 1920 x 1200, đáp ứng các yêu cầu hiển thị cao cấp của nội soi và camera phẫu thuật HD. - Thiết kế không bụi với vỏ kim, ngăn ngừa hiệu quả bụi và chất lỏng nhiễm bẩn trong quá trình phẫu thuật. - Được trang bị chip xử lý video chuyên nghiệp. Thông số kỹ thuật: - Kích thước màn hình: $\geq 24,1$ inch - Độ phân giải: $\geq 1920 \times 1200$ - Tỷ lệ hiển thị / tỷ lệ khung hình: 16 : 10 - Màu sắc: $\geq 16,7$ triệu màu - Độ sáng: ≥ 300 cd/m² - Tỷ lệ tương phản: $\geq 1000:1$ (TYP) - Góc nhìn: $\geq 178^\circ/178^\circ$ - Thời gian phản hồi: ≤ 14ms (TYP) - Cổng tín hiệu đầu vào: VGA/ DVI/ S-VIDEO/ BNC(VIDEO)/ BNCx3(RGB/ YPbPr)/ BNC(CSYNC)/ BNC(SDI) hoặc nhiều hơn - Cổng tín hiệu đầu ra: BNC(VIDEO)/ S-VIDEO/ BNC(CSYNC)/ BNCx3(RGB/ YPbPr)/ BNC(SDI) hoặc nhiều hơn - Tiêu thụ điện năng: ≤ 48W tối đa - Tuổi thọ đèn nền: $\geq 30,000$ giờ - Cấu trúc màn hình: Vỏ bằng kim loại với độ bền cao, tản nhiệt nhanh, chống nhiễu tốt. - Kích thước màn hình: $\leq 571 \times 376 \times 60$ mm (WxHxD) (Không bao gồm chân màn hình) - Trọng lượng: $\leq 7.3 \pm 0.5$ kg (Không bao gồm chân màn hình) - Tiêu chuẩn lắp đặt: VESA 100x100 mm (± 5mm) - Ứng dụng: Sử dụng nội soi video kỹ thuật số / ENT.		

STT	Tên hàng hóa	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Đặt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Kích thước hiển thị hình ảnh: ≥ 518.4 (Cao) $\times$ 324.0 (Dài) mm - Loại đèn nền: LED hoặc tốt hơn - Thời gian ổn định độ sáng: Bật với máy lạnh 60 giây; Điều chỉnh với máy nóng 10 giây. 2. Bộ xử lý hình ảnh camera Full HD Cấu hình: - Bộ xử lý hình ảnh (01 cái) - Đầu camera (01 cái) - Cáp nguồn (01 cái) - Cáp tín hiệu DVI (01 cái) - Cáp tín hiệu HDMI (01 cái) - Cầu chì dự phòng (02 cái) - Sách hướng dẫn sử dụng (01 quyển) Tính năng: - Áp dụng được cho các chuyên khoa: Phụ khoa, phẫu thuật chỉnh hình, tiết niệu, tai mũi họng, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật thẩm mỹ hoặc nhiều hơn với các chuyên khoa khác nhau. - Tái tạo hình ảnh HD - Màn hình cảm ứng hoặc cảm ứng đa điểm. - Hỗ trợ chụp và lưu trữ hình ảnh có độ phân giải cao. - Tích hợp các cài đặt hình ảnh cho các ca phẫu thuật khác nhau Thông số kỹ thuật: - Độ phân giải: $\geq 1920 \times 1080p$ - Màn hình cảm ứng LED ≥ 5 inch - Cảm biến hình ảnh: Cảm biến $\geq$ CMOS 1/2,8 inch		

STT	Tên hàng hóa	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Cổng kết nối USB: $\geq 2.0 \times 2$ cổng - Nguồn điện: AC100-220V 50Hz - Tín hiệu đầu ra: HDMI,VGI,CVBS,DVI-D,3G-SDI hoặc nhiều hơn - Kích thước: $\leq 360 \times 300 \times 110$ mm - Công suất đầu vào: ≤ 50VA - Nhiệt độ môi trường: $\geq +10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm: $\geq 30\% \sim 75\%$ - Áp suất khí quyển: ≥ 700 hPa đến 1060 hPa - Đầu camera có ≥ 2 nút chức năng, dùng để dừng hình và cân bằng trắng. 3. Nguồn sáng lạnh LED Cấu hình: - Nguồn sáng lạnh LED (01 cái) - Cáp nguồn (01 cái) - Dây dẫn sáng dài ≥ 3m (01 cái) - Cầu chì dự phòng (02 cái) - Sách hướng dẫn sử dụng (01 quyển) Tính năng: - Màn hình trực quan ≥ 5 inch - Chỉ số hoàn màu cao - Độ sáng vẫn đồng đều trong suốt thời gian sử dụng đèn Thông số kỹ thuật: - Chỉ số hoàn màu: $\geq \text{Ra } 92$ - Độ sáng: ≥ 700 lm - Nhiệt độ màu: $\geq 5700\text{K}$		

STT	Tên hàng hóa	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Tuổi thọ của bóng LED: ≥ 20000 giờ - Nguồn điện: 100-200V - Công suất tiêu thụ: $\leq 100\text{VA}$ - Cường độ sáng: ≥ 2000000 LUX - Chỉ số màu: ≥ 90 - Đường kính lỗ phát sáng: $\geq 10 \pm 0.1\text{mm}$ - Kích thước sản phẩm: $\leq 360 \times 300 \times 110$ mm 4. Xe đẩy hệ thống nội soi (tặng kèm hệ thống) - Xe đẩy chuyên dụng đi kèm hệ thống nội soi, có cánh tay màn hình, bánh xe có khóa, có ổ cắm điện.		
2	Bộ dụng cụ soi khám bàng quang	Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2025 trở về sau, mới 100% - Xuất xứ: Tương thích với phần máy. Cấu hình: - Ống soi tiết niệu đường kính 4mm, 30 độ (01 cái) - Vỏ đặt soi khám bàng quang 19 Charr (01 cái) - Nòng dẫn hướng 19 Charr (01 cái) - Vỏ đặt soi khám bàng quang 21 Charr (01 cái) - Nòng dẫn hướng 21 Charr (01 cái) - Vỏ đặt soi khám bàng quang 23 Charr (01 cái) - Nòng dẫn hướng 23 Charr (01 cái) - Cầu nối ống soi với 1 kênh dụng cụ (01 cái) - Forceps rút sonde JJ bàng quang thân mềm cỡ 7 Charr (01 cái) - Forceps sinh thiết bàng quang thân mềm cỡ 7 Charr (01 cái)	Bộ	01

STT	Tên hàng hóa	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Thông số kỹ thuật: + Ống soi tiết niệu đường kính 4mm, 30 độ. - Góc nhìn của ống soi rộng - Là loại ống soi phổ thông, ống soi tương thích được với các nhà sản xuất khác nhau và tương thích với tất cả các hệ thống phẫu thuật nội soi. - Hấp tiết trùng được ở nhiệt độ 134°C và 273°F. - Hệ thống ống soi được thiết kế ≥ 3 ống đặc biệt. - Hệ thống quang học của ống soi cung cấp khả năng bảo vệ tối ưu cho hệ thống thấu kính. - Các thành phần của ống soi với chất lượng cao, công nghệ phủ sapphire và hàn laser đã đảm bảo chất lượng ống soi cao hơn 10 năm. - Thân ống soi được làm hoàn toàn làm bằng thép không gỉ cho khả năng chống ăn mòn cao nhất. - Đường kính ống soi: 4 mm - Hướng nhìn: 30 độ - Chiều dài của ống soi: 302,5 mm - Độ phân giải HD hoặc 4K - Hệ thống quang học được hàn kín bằng laser. - Đạt tiêu chuẩn (EU) 2017/745 - Cấu trúc của ống soi bao gồm: + Mặt kính có bọc sapphire chống xước + Phần ống bảo vệ kính + Phần chính + Phễu mắt + Bộ chuyển đổi cho cáp quang (Storz/Olympus) + Bộ chuyển đổi cho cáp quang (Wolf) + Đầu nối cáp quang (ACMI) + Vỏ đặt soi khám bàng quang 19 Charr kèm nòng dẫn hướng 19 Charr. - Vỏ ngoài soi khám niệu đạo bàng quang cỡ 19 Charr sử dụng với ống soi 4mm kèm 2 khóa.		

STT	Tên hàng hóa	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Trên vỏ dụng cụ có đánh dấu chia khoảng cách. - Trên vỏ và nòng dẫn hướng có bộ phận khóa nhanh kiểu gạt. - Đầu nòng dẫn hướng vát tròn đảm bảo không tổn thương niệu đạo. + Vỏ đặt soi khám bàng quang 21 Charr kèm nòng dẫn hướng 21 Charr. - Vỏ ngoài soi khám niệu đạo bàng quang cỡ 21 Charr sử dụng với ống soi 4mm kèm 2 khóa. - Trên vỏ dụng cụ có đánh dấu chia khoảng cách. - Trên vỏ và nòng dẫn hướng có bộ phận khóa nhanh kiểu gạt. - Đầu nòng dẫn hướng vát tròn đảm bảo không tổn thương niệu đạo. + Vỏ đặt soi khám bàng quang 23 Charr kèm nòng dẫn hướng 23 Charr. - Vỏ ngoài soi khám niệu đạo bàng quang cỡ 23 Charr sử dụng với ống soi 4mm kèm 2 khóa. - Trên vỏ dụng cụ có đánh dấu chia khoảng cách. - Trên vỏ và nòng dẫn hướng có bộ phận khóa nhanh kiểu gạt. - Đầu nòng dẫn hướng vát tròn đảm bảo không tổn thương niệu đạo. + Cầu nối ống soi với 1 kênh dụng cụ - Cầu nối kênh ống soi với 1 kênh dụng cụ kèm khóa nhanh, sử dụng với vỏ đặt từ 17-25 Charr. + Forceps rút sonde JJ bàng quang thân mềm cỡ 7 Charr - Forceps gấp sỏi và rút sonde JJ cỡ 7 Charr. - Loại thân mềm - Hàm cá sấu hoạt động kép - Chiều dài: 400 mm + Forceps sinh thiết bàng quang thân mềm cỡ 7 Charr - Forceps sinh thiết bàng quang cỡ 7 Charr. - Loại thân mềm		

STT	Tên hàng hóa	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Hàm thìa hình bầu dục, hoạt động kép. - Chiều dài: 400 mm IV. Yêu cầu khác - Thời gian bảo hành: 24 tháng kể từ ngày thiết bị đưa vào sử dụng. - Bảo trì định kỳ 06 tháng/ lần trong thời gian bảo hành. - Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng, vận hành thành thạo thiết bị - Cam kết phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu.		
Tổng cộng: 02 Danh mục				

PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sx/ Nước sx	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Quy cách đóng gói (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu.

Gửi kèm File Excel vào mail : vttbyt.dktq@gmail.com

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

