

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa, bảo dưỡng đầu dò của máy siêu âm tại khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Trang
 - Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0867 180 198
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
 - Đồng thời qua Email: vttbyt.dktq@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 20 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị yêu cầu khảo sát và báo giá:

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Tình trạng / phương hướng khắc phục
1	Đầu dò siêu âm Linear của máy siêu âm Samsung HS50 Model: LA3-14AD Serial: K0GEM3GK100067M Xuất xứ: Hàn Quốc	01	* Tình trạng: - Xuất hiện vết đen cố định trên hình ảnh siêu âm. - Vỏ bọc cổ cáp đầu dò xuất hiện nứt, hở do sử dụng lâu ngày. - Đầu dò sử dụng thời gian dài chưa được bảo dưỡng. * Phương hướng khắc phục: - Sửa chữa chân tử đầu dò. - Bọc lại cổ cáp đầu dò. - Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể toàn bộ đầu dò.
2	Đầu dò siêu âm Convex của máy siêu âm Samsung HS50 Model: CA2-9AD Serial: K0LZM3GK100048Z Xuất xứ: Hàn Quốc	01	* Tình trạng: - Vỏ bọc cổ cáp đầu dò xuất hiện nứt, hở do sử dụng lâu ngày. - Đầu dò sử dụng thời gian dài chưa được bảo dưỡng. * Phương hướng khắc phục: - Bọc lại cổ cáp đầu dò. - Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể toàn bộ đầu dò.
Tổng cộng: 02 danh mục			

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I + II năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HƯNG ĐẠO

