

Số: /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá thay thế vật tư cho  
khoa Nội Thận Khớp

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 05 năm 2026

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Thay thế vật tư cho Hệ thống cấp nước RO của máy chạy thận nhân tạo tại khoa Nội Thận Khớp thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0867 180 198

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

- Đồng thời qua Email: [vttbyt.dktq@gmail.com](mailto:vttbyt.dktq@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 28 tháng 05 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 06 tháng 06 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị yêu cầu khảo sát và báo giá:

STT	Tên thiết bị, nội dung công việc	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng
I	<b>Hệ thống cấp nước RO cho máy chạy thận nhân tạo</b> Mã tài sản: 2018TS136 - Sản xuất: Việt Nam <b>* Nội dung công việc:</b> Thay thế các hạt nguyên vật liệu trong cột làm mềm nước (loại cột 1865)		<b>Hệ thống</b>	<b>01</b>
1	<b>Cát lọc nước</b>	- Kích thước 1-2 mm;	Kg	75
2	<b>Sỏi lọc nước</b>	- Kích thước 4-7 mm;	Kg	75
3	<b>Hạt Mangan lọc nước, Hiệu FeMas, size 1-2mm</b>	- Kích thước 1-2mm; Tỷ trọng 1430kg/m <sup>3</sup> ".	Kg	100
4	<b>Than hoạt tính</b>	- Chỉ số I-ốt tối thiểu 900 mg/g. - Kích thước lớn nhất > 8 mesh (2.36 mm (Max):15. - Kích thước nhỏ nhất < 30 mesh (0.60mm) (Max) :4".	Kg	125
5	<b>Hạt nhựa trao đổi ion làm mềm</b>	- Kích thước hạt <300µm: ≤ 2.0%; >1180µm: ≤ 4.0%. - Dung lượng trao đổi ≥ 2 meq/mL. - Tỷ trọng 820g/L. - Mật độ hạt: 1.27g/mL.	Lít	175
6	<b>Lõi lọc nước RO</b>	- Kích thước chiều dài 40 inch, đường kính 3,9inch (Dài khoảng 1016mm, đường kính khoảng 99mm). - Công suất ≥ 9m <sup>3</sup> /ngày. - Độ loại thải muối ổn định ≥ 99%.	Cái	06
7	<b>Lõi lọc 5micron-20inch</b>	- Kích thước lõi lọc: 5 micron. - Kích thước dài khoảng 20 inch".	Cái	28
8	<b>Lõi lọc 0.2micron-20inch</b>	- Kích thước lõi lọc: 0.2 micron. - Kích thước dài khoảng 20 inch.	Cái	02
9	<b>Que thử hàm lượng Clo tổng dải thấp Seri®GUARDIAN™ HiSENSE ULTRA 0.1™ (5167)</b>	- Quy cách: 100que/ lọ.	Lọ	06
10	<b>Que thử độ cứng của nước Seri®GUARDIAN™ (5129)</b>	- Quy cách: 50que/ lọ.	Lọ	12
11	<b>Que thử nồng độ axit Paracetic Serim®GUARDIAN™ (5106)</b>	- Quy cách: 100que/ lọ.	Lọ	03
12	<b>Chi phí gửi mẫu nước RO kiểm định</b>	- Chi phí gửi mẫu nước RO thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2024 (E) là tiêu chuẩn đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan (01 mẫu sau màng lọc RO cấp 1).	Lần	01
	<b>Tổng cộng: 12 Danh mục</b>			

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HÙNG ĐẠO**

## PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

### BÁO GIÁ

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

#### 1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sx/ Nước sx	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Quy cách đóng gói (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu.

Gửi kèm File Excel vào mail : [vttbyt.dktq@gmail.com](mailto:vttbyt.dktq@gmail.com)

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu)

