

Số: /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá sửa chữa  
khoa Kiểm Soát – Nhiễm Khuẩn

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 05 năm 2026

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa và bảo dưỡng Hệ thống nghiên cắt tại khoa Kiểm Soát - Nhiễm Khuẩn thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang (Lần 2)”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0867 180 198

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

- Đồng thời qua Email: [vttbyt.dktq@gmail.com](mailto:vttbyt.dktq@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 06 tháng 05 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 15 tháng 05 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị yêu cầu khảo sát và báo giá:

STT	Tên máy	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng
1	<b>Hệ thống nghiên cắt kết hợp khử khuẩn số 1</b> - Model: AKR – 100L - 1; - SN: C151179; - Hãng sản xuất: Akarmak; - Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ.	Hệ thống	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống lỗi động cơ số 1 không hoạt động.</li> <li>- Tủ điện tử điều khiển hỏng.</li> <li>- Máy bơm nôi hơi cháy hỏng.</li> <li>- Van xả đáy bình góp hơi hỏng.</li> <li>- Bơm hút chân không hút kém.</li> <li>- Các pistong hỏng.</li> <li>- Tủ van điều áp hỏng.</li> <li>- Các đường ống cấp khí, cấp nước vỡ hỏng.</li> <li>- Kháng đốt nôi hơi hỏng.</li> <li>- Khởi động từ 3 pha cấp nguồn cho nôi hơi cháy.</li> <li>- Dao cắt số 1 không sử dụng được.</li> <li>- Role cài đặt điều khiển nôi hơi hỏng.</li> <li>- Bảo dưỡng hệ thống.</li> </ul>
2	<b>Hệ thống nghiên cắt kết hợp khử khuẩn số 2</b> - Model: AKR – 100L - 1; - SN: C151182; - Hãng sản xuất: Akarmak; - Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ.	Hệ thống	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ điều khiển lỗi.</li> <li>- Các pistong hỏng.</li> <li>- Bơm cấp nước của nôi hơi cháy.</li> <li>- Kháng đốt hỏng.</li> <li>- Tủ van điều áp hỏng.</li> <li>- Trục dao cắt hờ.</li> <li>- Bơm hút chân không hút kém.</li> <li>- Bảo dưỡng hệ thống.</li> </ul>
<b>Tổng cộng: 02 Danh mục</b>				

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HƯNG ĐẠO**

## PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

### BÁO GIÁ

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

#### 1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sx/ Nước sx	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Quy cách đóng gói (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu.

Gửi kèm File Excel vào mail : [vttbyt.dktq@gmail.com](mailto:vttbyt.dktq@gmail.com)

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu)

