

Số: /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá dịch vụ  
bảo dưỡng bảo trì

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 6 năm 2026

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo dưỡng, bảo trì trọn gói cho các máy thận nhân tạo năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0867 180 198.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

- Đồng thời qua Email: [vttbyt.dktq@gmail.com](mailto:vttbyt.dktq@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 11 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ:

Số TT	Tên thiết bị	Số lượng
01	+ Máy chạy thận nhân tạo Model: Dialog+ Hãng: B/braun – Đức	04 Máy

<b>Số TT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Số lượng</b>
02	+ <b>Máy chạy thận HDF online</b> Model: Dialog+ Hãng: B/braun – Đức	01 Máy
03	+ <b>Máy chạy thận nhân tạo</b> Model: 4008A Hãng: Fresenius – Đức	09 Máy
04	+ <b>Máy chạy thận nhân tạo</b> Model: 4008S Hãng: Fresenius – Đức	06 Máy

**\* YÊU CẦU KỸ THUẬT:**

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo quy trình của nhà sản xuất, không ít hơn Danh mục công việc bảo dưỡng định kỳ máy thận nhân tạo: 02 lần/ 12 tháng.

- Cung cấp, thay thế toàn bộ vật tư, linh kiện (nếu bị hư hỏng) trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Vật tư, linh kiện khi được thay thế phải chính hãng, mới, chưa qua sử dụng, có tài liệu chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Máy sau khi sửa chữa phải hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đạt yêu cầu về kiểm định theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu thuộc trường hợp phải kiểm định sau sửa chữa). Chi phí kiểm định sau sửa chữa (nếu có) do Nhà thầu chi trả.

- Đảm bảo tổng thời gian hư hỏng, dừng hoạt động của mỗi thiết bị  $\leq$  12 ngày/12 tháng. Trường hợp, trong thời gian sửa chữa thiết bị, nếu Nhà thầu cho Bệnh viện mượn thiết bị khác (có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp) để sử dụng thì thời gian cho mượn được khấu trừ vào thời gian dừng hoạt động của thiết bị đó.

- Đáp ứng các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ kỹ thuật miễn phí trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Hỗ trợ từ xa và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Trong trường hợp không khắc phục được từ xa: thời gian kỹ sư có mặt tại Bệnh viện để kiểm tra và sửa chữa là  $\leq$  01 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của Nhà nước).

- Danh mục công việc bảo dưỡng định kỳ máy thận nhân tạo:

+ Kiểm tra, vệ sinh bên trong và bên ngoài thiết bị.

+ Kiểm tra các điểm áp lực trong hệ thống thủy lực.

+ Kiểm tra tính chính xác các thông số máy như độ dẫn điện, nhiệt độ dịch lọc, các cảm biến đo áp lực động mạch và tĩnh mạch, TMP, dịch lọc. Cân chỉnh lại các thông số bị sai lệch, nếu có.

+ Thực hiện vệ sinh, thay thế vật tư, phụ kiện như phin lọc/ lưới lọc, gioăng cao su... (nếu có).

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Ngô Quang Chiến**

## PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

### BÁO GIÁ

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

#### 1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sx/ Nước sx	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Quy cách đóng gói (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu.

Gửi kèm File Excel vào mail : [vttbyt.dktq@gmail.com](mailto:vttbyt.dktq@gmail.com)

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu)

