

Số: /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá mua sắm
khoa Ngoại Thận – Tiết Niệu

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 06 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm Vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn cho khoa Ngoại Thận – Tiết Niệu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0867 180 198

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

- Đồng thời qua Email: vttbyt.dktq@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 05 tháng 06 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 15 tháng 06 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá cần báo giá:

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ kit dùng cho tán sỏi thận qua da PCNL	<p>Bộ vật tư đầy đủ làm tán sỏi thận qua da, bao gồm:</p> <p>Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ nong thận tiêu chuẩn cho PCNL (gồm 5 cỡ) - Que nong thận kèm vỏ cỡ 18F (1 bộ) - Kim chọc dò thận (1 cái) - Dây dẫn đường đầu cong (1 cái) - Catheter dẫn lưu thận có bóng (1 cái) <p>Thông số kỹ thuật</p> <p>1 Bộ nong thận</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gồm 5 cỡ: 8Fr; 10Fr; 12Fr; 14Fr; 16Fr; - Chiều dài que nong: 19,5 cm. - Vật liệu: PE - Trên que nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ <p>2. Cây nong thận kèm vỏ cỡ 18Fr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cỡ: 18Fr; - Chiều dài que nong: 19,5 cm; - Chiều dài vỏ: 18 cm. - Vỏ bọc có thể bóc tách được làm đôi sau khi sử dụng. - Vật liệu được làm bằng PTFE - Trên que nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ <p>3. Kim chọc dò thận</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích cỡ: 18G; - Chiều dài 20 cm; - Đầu kim đa giác. - Vỏ ngoài của kim có đánh dấu chia khoảng cách. - Vật liệu: Thép không gỉ và Polycarbonate. <p>4. Dây dẫn đường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính: 0.035 inch; - Chiều dài 80 cm; - Đầu dây cong hình chữ J - Vật liệu: Thép không gỉ phủ PTFE <p>5. Catheter dẫn lưu thận có bóng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính: 10Fr, 3.3 mm; - Chiều dài 310 mm; - Dung tích bóng: 3-5 ml - Catheter (dẫn lưu) 2 nhánh có khóa tự động; - Vật liệu: Silicone <p>6. Đóng gói, tiệt trùng và thời gian sử dụng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đóng gói: 1 bộ / vỉ nhựa; - Tiệt trùng bằng: EO - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 	Bộ	90

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Hạn sử dụng là 36 tháng kể từ ngày sản xuất		
2	Miếng dán phẫu thuật dùng cho tán sỏi qua da	- Kích thước: 45cm × 45cm x 109cm	Cái	90
3	Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da	- Ống thông niệu quản bao gồm các cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr - Chiều dài của ống thông niệu quản 70 cm - Các đầu của ống thông được chia độ và cân quang giúp dễ dàng quan sát và đặt vào niệu quản. - Nhiều kích cỡ khác nhau cho nhiều quy trình khác nhau. - Ống thông niệu quản được làm từ PVC - Đầu nối được làm từ nhựa ABS - Hạn sử dụng là 5 năm	Cái	90
4	Sonde JJ niệu quản	- Sonde JJ niệu quản bao gồm các cỡ 4.0Fr, 4.7Fr, 5.0Fr, 6.0Fr, 7.0Fr, 8.0Fr. - Độ bền cuộn dây cao giúp duy trì hình dạng cong của đuôi lợn và ngăn ngừa sự di chuyển của sonde. - Có các lỗ bên hông của sonde đảm bảo thoát nước tiểu tốt. - Sonde JJ có tính tương thích sinh học tốt, mềm đến 50% ở nhiệt độ cơ thể, không gây nhiễm trùng kích thích niêm mạc. - Các vạch chia chu vi cách nhau 5cm dọc theo thân sonde để xác nhận sự tiến triển và vị trí đặt. - Đường cân quang giúp định vị sonde dễ dàng hơn khi chụp X-quang. - Vật liệu của sonde được làm bằng chất liệu PU (Polyurethane) có độ cứng vừa phải, chống xoắn và đủ mềm để đưa vào niệu quản. - 100% không có sao su - Que đẩy sonde JJ được làm bằng PE - Chiều dài của sonde: 26cm và 28 cm	Cái	90
5	Dây nước của máy bơm dùng cho tán sỏi qua da	- Chất liệu: Cao su silicon, Bao gồm: + 02 dây silicon, ĐK ngoài 10mm, ĐK trong 6mm, Dài 50cm + 01 dây silicon, ĐK ngoài 10mm, ĐK trong 6mm, Dài 150cm	Cái	01

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		+ 01 dây silicon, ĐK ngoài 10mm, ĐK trong 6mm, Dài 250cm + 01 dây silicon ĐK ngoài 9mm, ĐK trong 6mm, Dài 137mm + Kim hình nón: 02 cái, Kẹp chặn nước: 02 cái, Kết nối 3 chạc: 01 cái, Màng ép: 03 cái, củ cảm ứng: 01 cái		
6	Tay cắt u xơ tiền liệt tuyến HYBRID (loại hỗn hợp), cỡ 24 Charr.	-Loại tay cắt chủ động bằng ngón trỏ. - Sử dụng phù hợp với vỏ đặt cỡ 24/26 Charr. - Là loại tay cắt hỗn hợp, sử dụng được đơn cực và lưỡng cực. - Trên tay cắt có đầu kết nối dây cáp cao tần lưỡng cực được hướng lên trên để hạn chế nước tiếp xúc. - Sử dụng được với điện cực cắt u xơ tiền liệt tuyến đơn cực và lưỡng cực 1 chân.	Cái	01
7	Xy lanh hút rửa bàng quang	- Dung tích 150ml - Có đầu kết nối tiêu chuẩn	Cái	01
8	Dây cáp cao tần đơn cực.	(dùng cho tay cắt u xơ tiền liệt tuyến HYBRID) - Đường kính chân cắm vào dao mổ điện 4.0mm. - Chiều dài: 5 m. - Đường kính chân cắm vào dụng cụ 2.0 mm; 8.0 mm; 11.0 mm.	Cái	01
9	Điện cực (lưỡi dao) hình vòng cắt u xơ tiền liệt tuyến, loại đơn cực	- Là loại điện cực đơn cực 1 chân dùng nhiều lần. - Kích thước của điện cực là 24 Charr. - Dùng cho ống soi 30 độ. - Đóng gói trong ống nhựa hoặc vỉ nhựa. - Điện cực dùng nhiều lần, không tiệt trùng - Công suất cắt cài đặt cho điện cực: 120-180 watt - Công suất đốt tối đa cho tiện cực: 100 watt - Sử dụng được với dung dịch: Glycine, Purisole	Cái	10
10	Điện cực cầm máu hình con lăn loại đơn cực	- Là loại điện cực đơn cực 1 chân dùng nhiều lần. - Kích thước của điện cực là 24 Charr. - Dùng cho ống soi 30 độ. - Đường kính 3mm	Cái	01

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Đóng gói trong ống nhựa hoặc vỉ nhựa. - Điện cực dùng nhiều lần, không tiết trùng - Công suất cắt cài đặt cho điện cực: 120-180 watt - Công xuất đốt tối đa cho tiện cực: 100 watt - Sử dụng được với dung dịch: Glycine, Purisole 		
Tổng cộng : 10 Danh mục				

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG ĐẠO

PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sx/ Nước sx	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Quy cách đóng gói (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu.

Gửi kèm File Excel vào mail : vttbyt.dktq@gmail.com

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

