

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm thiết bị máy phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Nơi nhận báo giá: **Ban mua sắm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.**
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Trần Thị Khánh Nhung
 - Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0912 978 837
 - Email: tgv.bvtq@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá phải được đóng kín, đóng dấu niêm phong.
 - Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Số 44, đường Lê Duẩn, Tổ dân phố Tân Hà 26, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 08 tháng 08 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 18 tháng 08 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị yêu cầu báo giá:

STT	DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	MÔ TẢ ĐẶC TÍNH, KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Máy thở CPAP	- Năm sản xuất 2026 trở về sau - Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện cung cấp: 220V/ 50Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: 75%	Cái	05
2	Đèn chiếu vàng da	- Năm sản xuất 2026 trở về sau - Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Đèn chiếu sáng - Màn hình hiển thị LCD - Dây nguồn: - Xe đẩy: 04 cái	Cái	08
3	Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2	- Năm sản xuất 2026 trở về sau - Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	21
4	Máy khoan cắt nạo phẫu thuật mũi xoang	- Năm sản xuất 2026 trở về sau.	Cái	01
5	Máy nội soi Tai Mũi Họng	CẤU HÌNH MÁY CHÍNH: 1. Bộ xử lý hình ảnh: XL- 200 - Màn hình hiển thị thời gian thực tế - Chức năng xem lại từng hình và thay thế hình đã chụp - Có 3 chế độ chia hình: 1-2-4 hình chuẩn HD - Nguồn điện: AC220V/50Hz - Video out: 2 HDMI, 1 DVI, 1 AV - Chức năng cân bằng trắng - Chức năng điều chỉnh tăng giảm màu - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh - Chức năng chụp hình & chia hình 2. Nguồn sáng y tế: LS-800 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Kiểu bóng: LED - Nhiệt độ màu: 5000- 5500K/CRI 90 - Chức năng hiển thị cường độ sáng - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng - Chức năng hiển thị mức 80% sáng khi bật - Tuổi thọ bóng: ~50,000 giờ - Chuẩn đầu cắm sáng: Storz /Wolf CẤU HÌNH PHỤ KIỆN ĐI KÈM 1. Camera nội soi - Cảm biến ảnh loại CMOS - Tỷ lệ màn hình: 16:9 (1920 x 1080) – 5:4	Bộ	01

STT	DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	MÔ TẢ ĐẶC TÍNH, KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
		(1280 x 1024) - Độ phân giải: 1945 x 1109 ~2.16 Mega pixels - Có 2 nút bấm trên camera: Zoom và chụp hình 2. Dây dẫn sáng: - Chiều dài 2m - Đường kính 4.5mm 3. Ống soi - Ống soi 70° : Kích thước: Ø4mm x 175 mm - Ống soi 0° : Kích thước: 3mm x 110 mm 4. Màn hình hiển thị - Kích thước màn hình: 27 inch - Công nghệ IPS - Độ phân giải 4K (3840 x 2160) pixels Video out: HDMI 5. Xe để máy - Khung chịu lực là hợp kim nhôm đúc áp lực và sơn tĩnh điện - Bánh xe ϕ 100mm - Đốt và ngăn kéo điều chỉnh được lên xuống - Treo Camera mềm chống xóc, điều chỉnh được lên xuống - Treo màn hình điều chỉnh Lên / xuống / ngả / gập / xoay - Có 3 ổ cấp nguồn có nắp, có công tắc và bộ ngâm Optic.		
6	Máy hút dịch, hút đờm rãi	- Công suất: 180v- Lực hút: 40l/phút- Áp lực hút: 0.08Mpa	Cái	01
7	Máy hút áp lực âm	- Áp lực thấp: -3 ~ -20 cmH2O - Lưu lượng: $\geq 1,2$ L/phút - Bình đựng dung tích ≥ 1.4 L - Chế độ hút liên tục	Cái	09
8	Tủ hấp ướt dụng cụ	- Dung tích buồng hấp: ≥ 24 lít - Chất liệu buồng hấp: thép không gỉ INOX 304 - Nhiệt độ tiệt trùng: 121°C và 134°C	Cái	01
Tổng cộng: 08 Danh mục				

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Số 44, đường Lê Duẩn, Tổ dân phố Tân Hà 26, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hưng Đạo

PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sx/ Nước sx	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Quy cách đóng gói (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu.

Gửi kèm File Excel vào mail : vttbyt.dktq@gmail.com

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)

